Mesurem

CLOR

Ús aparell

CONSELLS PER FER LA MESURA

- La mostra **no** ha de tenir **residus.**
- Cubeta medició ha d'estar **seca i neta** d'empremtes dactilars, oli o brutícia**.**
- No saccejar. **No** ha d'haver **bombolles.**
- **No deixar** la **mostra molt temps** abans de fer lectura.
- **Retirar l'aigua després** de fer lectura.
- Primer **afegir gotes de reactiu i després reomplir** fins a la línia de 10 ml.

1

Prémer el botó fins que a la pantalla surti ***"Add"*** ***"C.I "***amb ***"Press"*** intermitent.

2



Omplir una ampolla amb **10 ml de mostra sense reaccionar** i col·loca la tapa.
Posar al mesurador i tanca la coberta.

3

Prémer el botó. Quan la pantalla indica ***"Add"," C.2"*** amb *"Press"* intermitent, el **mesurador està a 0**.

4

Retirar l'ampolla del mesurador i treure la tapa. **Afegir el contingut d'un paquet de reactiu HI701-0.** Tornar a col·locar la tapa i **saccejar durant 20 segons.** Tornar a col·locar l'ampolla al mesurador.

5

Mantenir pressionat el botó fins que es mostri la lectura a la pantalla. Alternativament, espera durant un minut i pressiona el botó.

6



L'instrument mesura directament la lectura de la **concentració de clor lliure en ppm**. El mesurador s'apaga automàticament després de 2 minuts.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Recursos de Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels