Mesurem

COLORÍMETRE

CONSELLS PER FER LA MESURA

- La mostra **no** ha de tenir **residus.**
- **Cubeta** medició ha d'estar **seca.**
- No saccejar . **No** ha d'haver **bombolles.**
- **No deixar** la **mostra molt temps** abans fer de la lectura . **Retirar l'aigua després** de fer lectura.

1

Prémer el botó fins que a la pantalla surti ***"Add"*** ***"C.I "***amb ***"Press"*** intermitent.

2

Omplir una ampolla amb **10 ml destil·lada** i tanca. Posar al mesurador. Aquest és el patró.

3

Prémer el botó. Quan la pantalla indica ***"Add", " C.2"*** amb ***"Press"*** intermitent, el **mesurador està a 0**.

Omplir l'altra ampolla amb **10 ml de mostra sense filtrar**. Posar al mesurador. Prémer botó. **COLOR APARENT.**

Treure cubeta i pressiona 2 vegades el botó per reiniciar mesurador.

4

Filtrar 50 ml amb paper de filtre.

5



Esvandeix la cubeta 3 vegades amb aigua filtrada i després posa **10 ml de la mostra filtrada**. Posar al mesurador. Prem botó. **COLOR VERITABLE.**

Ajuntament de Castelldefels

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Recursos de Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels